



BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI

im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Wyzwolenia 18

Centrala tel. 33 498 40 01 Sekretariat tel. 33 8164370 fax. 33 8164401

Centrala tel. 33 827 25 01 ul. Wyspiańskiego 26

Centrala tel. 33 819 87 60 ul. Emilii Plater 17

=====

Bielsko-Biała dn. 07.01.2015r.

ZDT-ZP / 9 / 15

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej
Znak sprawy: 22/D/2014/PN

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ o treści :

Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worki sterylne?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający dopuści również sterylne worki do dobowej zbiórki moczu, pod warunkiem że spełni on pozostałe zapisy SIWZ.

Pakiet nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści worki z drenem o dużej średnicy, wykonanym z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pakiet nr 1 poz. 5-6

Czy Zamawiający dopuści worki:

- worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 50 ml, z zastawką antyrefleksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”;
- dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm;
- dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu,
- na drenie klema zaciskowa typu przesuwnej;
- dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu;
- samouszczelniający się port do pobierania próbek;
- trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie;
- bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach);
- komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie;
- obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe;
- biała, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu;
- pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujących do okrągłych i kwadratowych ram łóżka;
- sterylne?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelną Pielęgniarką
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
mgr Barbara Frymorgen