



BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI

im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Wyzwolenia 18

Centrala tel. 33 498 40 01 Sekretariat tel. 33 8164370 fax. 33 8164401

Centrala tel. 33 827 25 01 ul. Wyspiańskiego 26

Centrala tel. 33 819 87 60 ul. Emilii Plater 17

=====

Bielsko-Biała dn. 07.01.2015r.

ZDT-ZP / 11 /15

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej
Znak sprawy: 22/D/2014/PN

Uprzejmię informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ o treści :

Dotyczy Pakietu nr 2 – Sterylizacja I

1. Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo – foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga aby rękaw był jednoznacznie oznakowany wskazując na jego markę (wytwórcę) zgodnie z pkt 4.6 normy PN EN 868-5.

2. Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza aby znak CE nie było bezpośrednio na rękawie.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo – foliowe posiadały nadruk symbolu jednoznacznego kierunku otwierania tylko od strony foli, z uwagi na bieżącą kontrolę wzrokową wyrobów sterylizowanych podczas otwierania pakietu?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelną Pielęgniarką
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
mgr Barbara Frymorgen