



## BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI

im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Wyzwolenia 18

Centrala tel. 33 498 40 01 Sekretariat tel. 33 8164370 fax. 33 8164401

Centrala tel. 33 827 25 01 ul. Wyspiańskiego 26

Centrala tel. 33 819 87 60 ul. Emilii Plater 17

=====

Bielsko-Biała dn. 08.01.2015r.

ZDT-ZP / 13 /15

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej**  
**Znak sprawy: 22/D/2014/PN**

*Upzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ o treści :*

**Pakiet nr 1, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego worka do dobowej zbiórki moczu, spełniającego pozostałe parametry SIWZ, tak jak obecnie stosowany w Państwa Placówce.

**ODPOWIEDŹ:**

Tak. Zamawiający dopuści również sterylny worek do dobowej zbiórki moczu, pod warunkiem że spełni on pozostałe zapisy SIWZ.

**Pakiet nr 1, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do dobowej zbiórki moczu, sterylnego, pakowanego w opakowanie foliowe obustronnie zapewniające szczelność opakowania dla wszelkich czynników zewnętrznych, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**ODPOWIEDŹ:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pakiet nr 1, poz. 6**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do godzinowej zbiórki moczu bez możliwości odłączania worka od komory, sterylny, z płaskim portem bezigłowym, zastawki antyzwrotne, minimum 2 wentylacyjne, hydrofobowe filtry antybakteryjne, dren odprowadzający zabezpieczony spiralą antyzałamaniową, worek 2000 ml skalowany co 100 ml z kranikiem spustowym typu T, komora pomiarowa 500 ml nad workiem z poziomą dźwignią 90 stopni pozwalającą na opróżnianie bez konieczności manewrowania komorą, ze skalą linearną, skalowanie komory co 1 ml od 1 do 40 ml, od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby, tak jak dotychczas stosowany?

**ODPOWIEDŹ:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka z możliwością pomiaru diurezy godzinowej do wielodobowej zbiórki moczu z możliwością odłączania worka od komory, komora kroplowa 500 ml, czytelna trwała skala na komorze pomiarowej, komora dokładnego pomiaru – skala co 1 ml do 55ml, co 5ml do 110ml, co 10ml do 120ml i co 20ml do 500ml, worek 2000ml z możliwością naniesienia danych pacjenta.

**ODPOWIEDŹ:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pakiet nr 6, poz. 1**

1. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy rękawice bezpudrowe mają posiadać wewnętrzną warstwę polimerową o strukturze sieci, ułatwiającą zakładanie na suchą i mokrą dłoń, a także w systemie podwójnego nakładania rękawic?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuści również rękawice z wewnętrzną warstwą polimerową, pod warunkiem że spełnią one pozostałe zapisy SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje rękawic bezpudrowych o kształcie w pełni anatomicznym, tj. z poszerzoną częścią grzbietową dłoni oraz zagiętymi palcami, co zapobiega szybkiemu męczeniu się dłoni podczas pracy w rękawicach?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuści również rękawice o w pełni anatomicznym kształcie, pod warunkiem że spełnią one pozostałe zapisy SIWZ.

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice mają być pakowane w opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe? Taki sposób pakowania gwarantuje w przypadku rękawic chirurgicznych, iż do końca terminu ważności ich właściwości i wytrzymałość mechaniczna pozostają niezmienione.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuści również tak pakowane rękawice, pod warunkiem że spełnią one pozostałe zapisy SIWZ.

**Pakiet nr 6, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości minimalnej 290mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuści również rękawice o długości minimalnej 290 mm, pod warunkiem że spełnią one pozostałe zapisy SIWZ.

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelna Pielęgniarka  
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
mgr Barbara Frymorgen