

OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO-ORGANIZACYJNYCH DLA SYSTEMU TELERADIOLOGII

1/ Wykonawca przeprowadzi i zakończy prace skutkujące właściwą integracją i konfiguracją infrastruktury do przesyłu danych w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy. Realizacja świadczeń odbywa się w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca zabezpiecza własny personel, sprzęt, oprogramowanie etc. potrzebne do całościowej realizacji zamówienia.

2/ Wykonawca oświadcza, że wykorzystywana przez niego stacja diagnostyczna spełnia wymagania prawne i normy wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (Dz.U.2019 r. poz.834) w kontekście opisywania badań obrazowych wyszczególnionych dla każdej modalności.

3/ W cenie jednostkowej poszczególnych pozycji wykazu opisów badań Wykonawca uwzględni całościowe koszty wykonania zamówienia, w tym koszty utrzymania, obsługi technicznej, konserwacji, kalibracji monitorów diagnostycznych, konfiguracji stacji diagnostycznych, tunelowania VPN oraz pracy lekarza. Cena oferty stanowi dla Udzielającego zamówienie cenę kompletną realizacji opisu badań a Wykonawcy nie przysługiwac będzie dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot kosztów lub wydatków.

4/ Wykonawca będzie realizował usługi poprzez integrację z oprogramowaniem radiologicznym Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje aktualnie oprogramowanie radiologiczne VNA firmy AGFA. Integracja ma umożliwić Zamawiającemu wysyłkę oraz odebranie wyników badania z poziomu oprogramowania AGFA (zarówno obrazów DICOM jak i skanów skierowania na badania diagnostyczne). Wynik ma zostać dostarczony w formie umożliwiającej przekazanie go komunikacją HL7 z systemu VNA do systemu medycznego HIS.

5/ Wykonawca zobowiązuje się do podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym opartym na kwalifikowanym certyfikacie dokumentacji medycznej wytwarzanej na potrzeby systemu teleradiologii i do wdrożenia tego typu podpisu. Dodatkowo na wniosek Udzielającego zamówienia w każdym momencie trwania umowy Wykonawca deklaruje gotowość do równoległego przesyłania podpisanych wyników badań na repozytorium EDM Zamawiającego.

6/ Wykonawca zobowiązuje się do przesłania drogą elektroniczną Udzielającemu zamówienie sporządzonych opisów badań, autoryzowanych podpisem kwalifikowanym w sposób gwarantujący przesył danych na stosownym poziomie bezpieczeństwa oraz jednoznaczną identyfikację osoby wykonującej opis.

7/ Wykonawca zobowiązany jest informować Udzielającego zamówienie z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem o planowanej przerwie technicznej, a natychmiastowo w przypadku wystąpienia nagłych problemów związanych z wykonywaniem opisów lub przesłaniem danych.

8/ Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia obrazów DICOM oraz innych otrzymanych danych medycznych niezwłocznie po dokonaniu i przekazaniu opisu badania.

9/ Oferent zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych przez Udzielającego zamówienia pracowników przeznaczonych do przesyłania obrazów i odbioru opisów badań w zakresie obsługi łącza i sprzętu do wzajemnej komunikacji.

10/ Świadczenie usługi nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. *Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych .i standardami udzielania świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie*

Zatwierdził:
D Y R E K T O R
Beskidzkiego Centrum Onkologii
- Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Białym Dzialej
tek. med. Lech Wędrychowicz